

Celestynów, 25.05.2017 r.

***dot.: zakupu wraz z dostawą do siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnego w Celestynowie sprzętu specjalistycznego do gabinetu fizjoterapii***

Pytanie: Proszę o informację czy w zaproszeniu do składania ofert na sprzęt do gabinetu fizjoterapii wymagają Państwo, aby aparat do ultradźwięków posiadał jedną czy dwie głowice?

Odpowiedź: Aparat do ultradźwięków powinien posiadać co najmniej jedną głowicę ze specyfikacji - " Głowica dwuczęstotliwościowa: 1MHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm<sup>2</sup> "