

Celestynów, 25.05.2017 r.

dot.: zakupu wraz z dostawą do siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnego w Celestynowie sprzętu specjalistycznego do gabinetu fizjoterapii

Pytanie: Dotyczy Części I. Aparat do dwukanałowej elektroterapii i biostymulacji laserowej – szt.1. Proszę o podanie ilu i jakich sond laserowych wymaga Zamawiający wraz z dostawą?

Odpowiedź: Co najmniej sonda punktowa R 660 nm/ 40 mW.

Pytanie: Aparat elektroterapia, laseroterapia musi mieć wbudowany akumulator? Czy w zestawie muszą być elektrody? Jeżeli tak, to jakie i ile?

Odpowiedź: Nie musi posiadać akumulatora. Powinien posiadać 4 elektrody węglowe : 2 x 50 i 2 x 75, oraz 4 kable: 2 x dwuprzewodowy i 2 x czteroprzewodowy.

Pytanie: Czy w zestawie ze spirometrem muszą być ustniki, filtry? Jeżeli tak, to jakie i ile?

Odpowiedź: W zestawie ze spirometrem powinny być ustniki dla dorosłych co najmniej 100 sztuk